

**מענה לשאלות הבהרה - מכרז מס' ש-2024-15 מתן שירותי מעבדה בדיקות מים של דיאליזה (מערכות ייעודיות)**

מענה	פירוט השאלה	הסעיף הרלוונטי במסמך סעיף	סוג המסמך (מכרז/נספח למכרז)	#
הדיגומים נעשים על פי נוהל משרד הבריאות לטיפול במים לשימוש בהמודיאלזה בהתאם לנוהל המעודכן כיום. לא מקובל.	הסעיף אינו ברור לא קיים תקן מכון התקנים נשוא מכרז זה אלא של משרד הבריאות.	כדי	נספח א' כתב ההזמנה עמודה 4	1.
לא מקובל.	יש לעדכן הספק בגין הרחבה/צמצום 30 יום מראש, כמו כן תינתן לספק יכולת תגובה עד 3 ימים ויהא רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים.	11	נספח א' אופציה להרחבת ו/או צמצום ההתקשרות עמוד 8	2.
מדובר בטעות סופר. הסעיף אינו רלוונטי לשירות זה.	הסעיף אינו ברור, פרטו נא בהרחבה נא מהו מקרה פרס ומהו מקרה קנס כמו כן ציינו הסכומים אליהם מתייחס הסעיף.	12	נספח א' פרס/קנס עמוד 8	3.
לא מקובל.	בעת חריגה על המזמין לעדכן הספק ולהנחותו האם מתי יש להגיע לדיגום נוסף ולאלו פרמטרים. עבור דיגום בימי שישי יהיה במחיר מיוחד אשר יקבע בין הצדדים בעת החתימה על החוזה עם הזוכה.	8	נספח ב' מבוא כללי עמוד 12	4.
מדובר ב-9 נקודות דיגום לכימיה, פעמיים בשנה.	לפי המצוין יהא פעמיים בשנה בחודשים יוני ודצמבר, פרטו נא כמה נקודות תידגמנה בכל פעם? האם אילו תהיינה המכונות או נקודות אחרות? כמו כן בדיקת כספית, מבוצעת בשיטה המוכרת ICP ומוסמכת לפי רגולציה MS	טבלת בדיקות כימיה	נספח ג' פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה עמוד 13+14	5.
לא מקובל.	יש לעדכן הספק בגין הרחבה/צמצום 30 יום מראש, כמו כן תינתן לספק יכולת תגובה עד 3 ימים ואף יהא רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה של 30 יום מראש.	ביצוע השירותים	מבוא עמוד 16	6.
הדיגומים נעשים ע"פ נוהל משרד הבריאות לטיפול במים לשימוש בהמודיאלזה בהתאם לנוהל העדכני.	מהו התקן? סעיף אינו ברור ואינו רלוונטי שכן הבדיקות נשוא מכרז זה הינן לפי תקנות משרד הבריאות.	סעיף 2.4	מבוא עמוד 21	7.

8.	נספח יד' עמוד 39	סעיף 2 התמורה והתשלום	בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום תאריך ההארכה.	בהתאם להוראת תכ"ס 3.1.2 פיסקת פיסקת ריבית והצמדה.
9.	כללי	כללי מועד ושעת ההגשה	נבקש לעדכן את שעת מועד ההגשה עד השעה 16:00	תאריך ההגשה נדחה ליום 15.8.24, בשעה 12:00 בדיוק.
10.	מסמכי המכרז		מה תקופת ההתקשרות? לא מצוין באף מסמך	תקופת ההתקשרות למשך שנה, וישנן 4 אופציות הרחבה נוספות (סה"כ 5 שנים).
11.	מסמכי המכרז		במידה ותקופת המכרז מעל שנה וחצי, מבקשים להוסיף אפשרות של הצמדה למדד לאחר 18 חודשים, בהתאם לתכ"מ 7.3.2	תנאי ההצמדה יבוצעו בהתאם לחוק.
12.	מסמכי המכרז	מבוא שאלה 8	מה זה אומר זמנים לא רגילים?  רק שישי בוקר או הכוונה גם לעתות של שבת וחג?	פעילות המכון היא בין הימים ראשון-שישי, עד השעה 23:00, כולל ערבי חג וחגים אשר חלים במהלך ימות השבוע. המכון אינו פועל ביום שבת.

חתימת החברה

תאריך