

**מענה לשאלות הבהרה - מכרז מס' ש-2024-15 מתן שירותי מעבדה בדיקות מים של דיאליזה
(מערכות ייעודיות)**

#	סוג המסמך (מכרז/הספח למכרז)	הסעיף הרלוונטי במסמך	פרוט השאלה	מענה
1	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק מי דיאליזה בדיקת מיקרוביאלית	דיגום עד 27 נק' – האם ניתן לשנות זאת לדיגום לנקודה אחת? כמו בבדיקות	בדיקה מיקרוביאלית (אנדוטוקסינים + ספירה כללית) צריכה להיעשות בכל הנקודות (מקסימום 27 נק' דיגום). ניתן לתמחר פר נקודת דיגום ולחכפיל בכמות הנקודות שצריך לדגום בפועל.
2	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק כימיה של המים	האם הבדיקות כוללות את הדיגום? מכון מעבדה + דיגום. יש סעיף נפרד לדיגום נקודה נוספת? האם גם פה ניתן לשנות לדיגום נקודה אחת?	כימיה: הבדיקות כוללות בדיקות מעבדה + דיגום. ההזמנה בנויה מבדיקת מעבדה לנקודה אחת ובסוף עלות דיגום. עד 27 נקודות - מחיר קבוע לדיגום כל הנקודות המתבקשות.
3	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק כימיה של המים	שרשום סריקת מתכות האם הכוונה לסריקת מתכות מלאה? או חלקית של כמה מתכות?	כימיה: נדרשת סריקת מתכות מלאה, לבהתאם לדרישת משרד הבריאות, יש להיכנס לתקנים.
4	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק כימיה של המים	האם מדובר על מתכות ברגישות או מתכות בשיטה רגילה?	כימיה: מדובר במתכות ברגישות MS.
5	נספח א' כתב הזמנה	סעיף 8 הגשת הצעה	מצוין כמות 1 ומחיר 1 – היכן אנו אמורים לבצע את ההכפלות של העלות למול הכמות? כפי שביקשתם לבצע הכפלה	<u>ניתן להסתייע</u> <u>בטבלה הנ"ל:</u> <u>עמודה 1: פרטי</u> <u>הטובין</u> <u>עמודה 2: יחידת</u> <u>חישוב(1)</u> <u>עמודה 3: כמות</u> (כמה נק' צריך לדגום) <u>עמודה 4: מחיר</u> <u>ליחידה (מחיר</u> <u>ליחידה אחת של</u> <u>בדיקת מעבדה)</u> <u>עמודה 5: סה"כ</u> <u>מחיר.</u>

חתימת החברה

תאריך